



CERTIFICADO DE CALIBRACION

Fecha de calibración: 2024/01/30

Producto: Llave de torque ajustable de 1/2"
Modelo: s/m SERIE N°: 2109010210
Marca: URREA
Capacidad de torque: 30-250
Unid: Pie-Lb

Punto de Prueba	Min	Max	Lecturas		
30.00	28.8	31.2	30.25	30.27	30.18
170.00	163.20	176.8	173.17	172	173.25
250.00	240	260	256.42	254.58	252.92

Precisión calibrada del equipo de prueba < + / - 1.0% @ 20°C estándar del testeo DIN ISO 6789

Equipo Calibrador Modelo: ANJ500

No Serie: 400104090

Aprobación del inspector